



ALLEGATO 16

RDO MEPA n. 2168305 per l'affidamento della fornitura di n. 19 bilance per la pesatura dei campioni, ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera b,– N. Gara 7284003

Lotto 11, fornitura di n. 2 bilance tecniche da 0,01 g: CIG 77484818CB

1) Caratteristiche tecniche minime:

- Interfaccia USB
- Protezione contro i sovraccarichi
- Umidità di lavoro tra 20-80% min
- Rilevatore di stabilità della pesata (es. simbolo, colore, ecc.)
- Tastiera a membrana impermeabile e resistente agli acidi
- Alimentazione a 220V
- Dotazione di bolla di livello regolabile.
- Temperatura di esercizio da 10°C a 30°C minimo
- Manuale in lingua italiana
- Inseguitore di zero
- Calibrazione interna ed esterna
- Tempo di stabilizzazione bilance con risoluzione 0,1g, 0,01 max 5 secondi
- Tempo di stabilizzazione bilance con risoluzione 0,001g, 0,00001 max 10 secondi

Pesata minima	Pesata massima	Risoluzione	Linearità	Ripetibilità	Quantità	Struttura
1g	1000g	0,01g	0,02g	0,01g	2*	SIL

* Devono essere dotate di protezione anticorrente (aria)

2) Organizzazione del servizio di assistenza tecnica:

- Installazione inclusa nel prezzo di offerta
- Collaudo
- Training tecnico-applicativo presso i laboratori
- Garanzia: 2 anni
- Descrivere i servizi necessari per la messa in funzione dell'apparecchiatura.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO QUALITA'
--

Balance		
Caratteristiche tecniche	punteggio	
Autoregolazione per deriva termica	Si	15 punti
	No	0 punti
Livellamento automatico	Si	15 punti
	No	0 punti
Stabilità alle variazioni di tensione elettrica	Si	10 punti
	No	0 punti
Commutazione tra diverse unità di misura	Si	10 punti
	No	0 punti
Immunità ai disturbi elettromagnetici	Si	10 punti
	No	0
Certificazione LAT o equivalente	Si	10punti
	No	0 punti
Totale massimo punteggio		70 punti