Malattie da Retrovirus sottoposte a sorveglianza: aggiornamenti epidemiologici e strumenti diagnostici. 14 aprile 2015



RISULTATI E DISCUSSIONE DEL RING TEST DEL 2014 PER L'ANEMIA INFETTIVA DEGLI EQUINI (AIE) CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI







- 2.OBIETTIVI DEI CIRCUITI INTERLABORATORIO AIE (CI)
- 3. ORGANIZZAZIONE DEI CI
- 4. RISULTATI E DISCUSSIONI
- 5.CONCLUSIONI






- Inclusa nella "OIE Listed Diseases and Other Diseases of Importance to International Trade", Dir. 82/894/CEE; Dir. 90/426/CE.
- Soggetta a Piani di Sorveglianza nazionale (2007-2012).
- Network di Laboratori ufficiali (56 Laboratori degli IIZZSS).







Diagnosi sierologica **AGID**

ImmunoBlot



ELISA





gp45

p26






I metodi AGID

- Metodo Coggins (D.M. 04/12/1976):
- -doppio strato di AGAR
- -70 μl di siero
- -lettura dopo 48 h

- Metodo OIE (OIE Terrestrial Manual 2013):
- -unico strato di AGAR
- -42-48 µl di siero
- -lettura dopo 24 h








Sensibilità ELISA > sensibilità AGID

L'ELISA rileva circa il 20% positivi in più di AGID (C. J. Issel et al. 2013);

Le positività in ELISA sono nella maggior parte dei casi confermate in IB ed anche virologicamente (Scicluna et. al. 2013);

Limite di rilevabilità di ELISA 10 volte superiore rispetto ad AGID.





2.0BIETTIVI DEI CIRCUITI INTERLABORATORIO AIE 2012 - 2014

- Verifica competenza tecnico-diagnostica del Network di laboratori ufficiali.
- Confronto dell'accuratezza dei laboratori che utilizzano le tecniche AGID ed ELISA







3.ORGANIZZAZIONE DEI CI PARAMETRI VALUTATI









 VALUTAZIONE DI ACCURATEZZA

Concordanza dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi

K DI COHEN Per ciascun laboratorio K MULTIPLO Per valutare il sistema nel suo complesso







PARAMETRI VALUTATI

K DI COHEN: SCALA DI VALUTAZIONE







3.ORGANIZZAZIONE DEI CI PARAMETRI VALUTATI

K DI COHEN: SCALA DI VALUTAZIONE







3.ORGANIZZAZIONE DEI CI COMPOSIZIONE DEI PANNELLI

15 sieri forniti in doppia replica (n=30) per valutare ripetibilità e riproducibilità

Pannelli per CI AGID e CI ELISA composti dagli stessi sieri

Livelli di reattività rispondenti a quelli effettivi individuabili nelle attuali situazioni di campo.





Reazioni positive Neg 5 4 3 2 1 Neg



























































Laboratori partecipanti







Accuratezza AGID

Coggins

OIE

2012 2014





4.RISULTATI E DISCUSSIONI Accuratezza ELISA

2012 2014







Accuratezza AGID

Coggins

OIE

0,81







Accuratezza ELISA

0,81







Accuratezza del sistema







Possibili cause di diminuzione di performance

- calo dell'attività di sorveglianza degli ultimi due anni.
- presenza di sieri con debole reattività.
- introduzione dello score.
- altre fonti di errore.





Percentuali di errore sui campioni positivi







Implicazioni per la sorveglianza

Popolazione: 200000 cavalli soggetti a sorveglianza.

Prevalenza AIE: 0,08%.

Soggetti positivi: 160.

Di questi:

- L'AGID metodo COGGINS non rileverebbe 12 positivi.
- L'AGID metodo OIE non rileverebbe 10 positivi.
- L'ELISA non rileverebbe 0,3 positivi.
 - I 10/12 equidi sfuggiti al sistema che conseguenze implicherebbero per la sorveglianza?





5.CONCLUSIONIGenerali

- Metodo OIE performance migliori del metodo COGGINS
- Elisa più sensibile e con migliori performance in termini di riproducibilità e ripetibilità rispetto ad AGID





5.CONCLUSIONI

Per i Laboratori

Ai fini dell'efficienza dei piani di sorveglianza il valore di K dei laboratori dovrebbe tendere a 1.

• L'aumento della sensibilità del sistema diagnostico è auspicabile soprattutto in prospettiva di una riduzione dei controlli





5.CONCLUSIONI Per il Sistema di sorveglianza

Nuovo Decreto AIE abrogativo D.M. 4/12/1976

Introduce un sistema con:

•Laboratori della rete che fa metodo di screening:
ELISA

•AGID riservato alle sole movimentazioni internazionali, fintanto che sarà indicato come "prescribed test for international trade"





GRAZIE PER L'ATTENZIONE

