

RISULTATI DEL CIRCUITO INTER-LABORATORI VIROLOGIA DEGLI ORGANISMI ACQUATICI *AQUA IV* – 2013

Francesco Pascoli

Anna Toffan

C.R.N. per le malattie dei Pesci, Molluschi e Crostacei

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Viale dell'Università, 10 – 35020 Legnaro (PD)-ITALY

e-mail : nrlfishpathology@izsvenezie.it

DEFINIZIONI



Prova valutativa interlaboratorio o Proficiency testing

(PT):

Valutazione della prestazione di un partecipante a fronte di criteri prestabiliti utilizzando confronti interlaboratorio

Confronto interlaboratorio (CI) o Interlaboratory

comparison (ILC):

Organizzazione, esecuzione e valutazione di misurazioni o prove sugli stessi materiali o su materiali simili da parte di due o più laboratori in conformità a condizioni prestabilite

Cos'è un CI e perché parteciparvi?

**Garantire la qualità
del dato fornito**



Circuito AQUA IV

SCOPI

- ADEMPIERE A QUANTO PREVISTO DALL'ALL. VI, PARTE II DEL DECRETO LGS. 148/2008, E DECRETO MINISTERIALE ISTITUTIVO, IN MATERIA DI COMPITI ASSEGNATI AI **N.R.L.**
- VERIFICARE IL **LIVELLO QUALITATIVO** DELLE METODICHE UTILIZZATE NELLE INDAGINI DI SORVEGLIANZA E DIAGNOSI PREVISTE DAL DECRETO LGS. 148/2008 E DEC. 2001/183/CE
- FORNIRE AI LABORATORI II.ZZ.SS. UN RISCONTRO UTILE PER L'**ACCREDITAMENTO** E/O MANTENIMENTO DELLE PROCEDURE GIA' ACCREDITATE

Circuito AQUA IV

OGGETTO

- ❑ **IDENTIFICAZIONE** DEGLI AGENTI VIRALI SOGGETTI A DENUNCIA OBBLIGATORIA: ***VHSV, IHNv, KHV, ISAv*** CON ESTENSIONE A ***IPNv, SVCv***
- ❑ CONTROLLO DELLA **SENSIBILITA'** DELLE CELLULE **EPC** E **BF-2** UTILIZZATE NEI METODI UFFICIALI PER IL RICONOSCIMENTO DI AZIENDA

AQUA IV 2013

Contenuto dei flaconi

Flacone	Contenuto
1	SVCv
2	IHNv+VHSv
3	MEM
4	IHNv+VHSv
5	IPNv



AQUA IV 2013

Identificazione



CODICE LAB.	DATA RISPOSTA	<u>FLACONE 1</u> (SVCv)	<u>FLACONE 2</u> (IHNv)	<u>FLACONE 3</u> (MEM)	<u>FLACONE 4</u> (IHNv+VHSv)	<u>FLACONE 5</u> (IPNv)	METODO IDENTIF.
1	ENTRO 30.11.2013	SVCv	IHNv	MEM	IHNv+VHSv	IPNv	IF/PCR
2	ENTRO 30.11.2013	SVCv	IHNv	MEM	IHNv+VHSv	IPNv	IF/PCR
3	ENTRO 30.11.2013	presenza* ecp virale	IHNv	MEM	IHNv+VHSv	IPNv	IF
4	ENTRO 30.11.2013	SVCv	IHNv	MEM	IHNv+VHSv	IPNv	IF/PCR
5	ENTRO 30.11.2013	SVCv	IHNv	MEM	IHNv+VHSv	IPNv	IF/ELISA
6	ENTRO 30.11.2013	SVCv	IHNv	MEM	IHNv+VHSv	IPNv	IF/PCR
7	ENTRO 30.11.2013	SVCv	IHNv+VHSv	MEM	IHNv+VHSv	IPNv	IF/ELISA

*esclusa la presenza di VHSv, IHNv e IPNv

Sensibilità cellulare - Flacone 1 (SVCv)



Sensibilità cellulare - Flacone 2 (IHNv+VHSv)



Sensibilità cellulare - Flacone 4 (IHNv+VHSv)



Sensibilità cellulare - Flacone 5 (IPNv)



Andamento degli ultimi 4 anni




Quindi...

A breve vi arriveranno i campioni per il
Circuito AQUA IV 2014,
ma...



Grazie
dell'attenzione



Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie