



**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO  
(EX ART. 66 D.LGS 50/16)**

**FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI FORNO INCENERITORE COMPLETO DI SEZIONE DEPURAZIONE FUMI PRESSO L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI, VIA APPIA NUOVA 1411 ROMA**

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri indice una procedura di consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 50/16, che prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione di appalti pubblici.
2. L'indetta consultazione preliminare di mercato è finalizzata ad acquisire documentazione tecnica da operatori qualificati del settore di riferimento, da utilizzare nella preparazione della documentazione di gara per l'aggiudicazione della fornitura ed installazione di un forno inceneritore completo di sezione depurazione fumi presso l'Istituto, sito in via Appia Nuova 1411, Roma.
3. Possono partecipare al presente avviso gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/16.
4. La consultazione preliminare di mercato dovrà riguardare l'acquisizione di documentazione tecnica dello strumento. La documentazione tecnica dovrà rispondere ai quesiti allegati al presente avviso (**Allegato 1**).
5. La documentazione dovrà pervenire per tramite posta elettronica certificata entro il 4 settembre 2017 al seguente indirizzo PEC: [inventariabili@pec.izslt.it](mailto:inventariabili@pec.izslt.it)  
Nel testo del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere indicata la denominazione sociale dell'operatore economico proponente e i recapiti dello stesso.
6. Il presente avviso, finalizzato alla sola acquisizione di consulenze nei termini sopra indicati, non comporta alcun obbligo per l'Amministrazione di avviare procedure di selezione del contraente per la fornitura descritta.
7. La partecipazione alla procedura di consultazione preliminare non costituisce titolo preferenziale ai fini dell'eventuale selezione del contraente da parte dell'Amministrazione e non potrà, in alcun modo, ostacolare altre aziende concorrenti che non abbiano partecipato alla consultazione preliminare avviata in conseguenza al presente avviso.

**QUESITI A CUI GLI OPERATORI ECONOMICI DEVONO RISPONDERE NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI UN FORNO INCENERITORE COMPLETO DI SEZIONE DEPURAZIONE FUMI**

1. Individuare le tipologie di impianto di incenerimento che la ditta ha a disposizione (es. statico a suola calda, rotante, a fiamma diretta o indiretta, ecc.).
2. Individuare quale tipologia di forno risulta idonea alla termodistruzione di carcasse, reperti anatomici ed altro di animali non destinati al consumo umano.
3. Indicare che sistema di depurazione fumi occorre adottare (es. a secco o ad umido) e quale tipologia di filtro per l'abbattimento delle polveri.
4. Gli impianti prevedono una sezione di adduzione di reagenti per l'abbattimento dei metalli pesanti ed eventuali composti organo-clorurati?
5. L'efficienza dei filtri è controllata da pressostati differenziali?
6. La rigenerazione e la pulizia dei filtri avviene in automatico?
7. Che tipo di sistema di smaltimento del calore viene adottato a valle della camera di post-combustione (es. air-cooler, boiler a tubi di fumi, ecc.)?
8. Gli impianti sono dotati di sistemi di rilevazione di fumi e/o fughe di gas?
9. Gli impianti sono dotati di un polverizzatore delle polveri?
10. Quale è il range di volume delle camere di combustione degli impianti che la ditta ha a disposizione [m<sup>3</sup>]?
11. Quale è il range delle capacità di carico [Kg]?
12. E' prevista sugli impianti la possibilità di raccolta delle ceneri delle singole carcasse inserite nella camera di combustione mediante sistema di compartimentazione della camera stessa e convogliamento dedicato? In caso negativo, quali altri sistemi sono a disposizione per fare una raccolta delle ceneri separata per singola carcassa?
13. Che tipo di materiale refrattario si utilizza per la realizzazione delle camere di combustione e post-combustione (es. materiale ceramico ad alto tenore di allumina) ?
14. Le colorazioni delle verniciature delle strutture metalliche e dei componenti vengono scelti a monte?
15. Sono previsti sistemi automatici di caricamento delle carcasse?
16. Quali sistemi di accesso alle prese di misura nonché piattaforme di lavoro sono previsti (es. scala, ponteggio, ecc.)?
17. Gli impianti che tipo di analizzatori in continuo adottano per la rilevazione e registrazione in continuo di ossigeno, monossido di carbonio e temperatura e dei valori di portata normalizzata secca? Dove sono collocati? Che tipo di sistema di registrazione di tali dati posseggono? Di quale altro tipo di informazione i sistemi tengono traccia?
18. Per una modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 269, comma 8 e/o dell'art. 275, comma 21, del D.Lgs 152/06, che tipo di documentazione è richiesta a corredo della domanda di autorizzazione?