



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

SEDE CENTRALE - 00178 Roma Via Appia Nuova, 1411
Tel. (06) 79099.1 (centralino) - Fax (06) 79340724
<http://www.izslt.it> - E-mail: info@izslt.it

VERBALE N. 1

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (EX ART. 66 D.LGS 50/16) RIGUARDANTE LA FORNITURA DI N. 2 SISTEMI REAL TIME QUANTSTUDIO 7 FLEX E DI N. 1 TWISTER ROBOT PRESSO L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI, VIA APPIA NUOVA 1411 ROMA

Il giorno 14 marzo 2018, alle ore 09:00, presso la Direzione Acquisizione Beni e Servizi, della Sede Centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, in Via Appia Nuova n. 1411 – 00178 Roma, sono presenti il dirigente Biologo dell'UDS Biotecnologie, Dott. Raniero Lorenzetti, ed il responsabile della Direzione Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Silvia Pezzotti.

Viene verificata la documentazione presentata dalle ditte Bio-Rad Laboratories S.r.l. e Life Technologies Italia, richiesta ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 50/16, con scadenza il 12 febbraio 2018, dando esecuzione alla Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 23 gennaio 2018.

Si riportano di seguito le risultanze del lavoro svolto, in base ai quesiti formulati dalla Stazione Appaltante e pubblicati sul sito istituzionale ed alle risposte degli operatori economici pervenute:

ID	Quesito	Bio-Rad Laboratories S.r.l.	Life Technologies Italia
1	Dichiarazione che attesti l'originalità e lo stato (nuovo di fabbrica) della strumentazione.	Risulta conforme con quanto richiesto	Risulta conforme con quanto richiesto
2	Manuale tecnico di uso e manutenzione (in lingua italiana e/o inglese) della strumentazione.	Il Manuale risulta correttamente presentato; tuttavia la strumentazione proposta è difforme rispetto a quanto richiesto nell'avviso di consultazione preliminare, dove si fa esplicita richiesta di "n. 2 sistemi real time quantstudio 7 flex fast e di n. 1 twister robot"	Il Manuale risulta correttamente presentato e la strumentazione proposta risulta conforme a quanto richiesto
3	Dichiarazione che quantifichi la numerosità e la dislocazione territoriale del personale dedicato al supporto tecnico/scientifico sugli strumenti offerti.	Risulta correttamente indicato	Risulta correttamente indicato
4	Dichiarazione con cui l'operatore economico si impegna a fornire un corso di formazione sull'uso e sulle possibili applicazioni della strumentazione.	Dichiarazione correttamente presentata	Dichiarazione correttamente presentata

Alla procedura potrà essere invitata la ditta Life Technologies Italia.

La ditta Bio-Rad Laboratories S.r.l. sarà esclusa dalla procedura di gara in quanto nella documentazione presentata la strumentazione risulta difforme rispetto a quanto richiesto in sede di consultazione preliminare di mercato.

I lavori si concludono alle ore 10:00, dando atto che è possibile procedere alla redazione della documentazione di gara.

Dott. Raniero Lorenzetti

Dott.ssa Silvia Pezzotti