



Direzione Operativa Controllo degli Alimenti

Centro di Riferimento per la Regione Lazio per gli Enterobatteri Patogeni
(CREP)

Roma, 6.2.2018

IZSLT
PROT_PROTOCOLLO GENERALE
2-Partenza
Numero Protocollo: 0000916/18
Data Protocollo: 06/02/2018

Direzione Ufficio Acquisizione
Beni e Servizi
Dott. Silvia Pezzotti

Oggetto: non conformità prodotto offerto RDO MEPA numero 1777243

In relazione alla fornitura di plastiche per biologia molecolare RDO MEPA numero 1777243 il seguente prodotto:

certified thin wall 24 X 0,2 ml PCR Plates, elevated wells cod. starlab E1403-4200

Micropiastre 96 pozzetti, ottiche

- Compatibili con sistema Stratagene Mx3005P
- Trasparenti
- Codice alfa-numerico per l'identificazione dei pozzetti
- DNA, Rnasi, inibenti free

non è risultato conforme a quanto richiesto poichè non sono state rispettate le seguenti caratteristiche:

- Compatibili con sistema Stratagene Mx3005P: le piastre fornite non alloggiavano correttamente nella piattaforma indicata
- Micropiastre 96 pozzetti: sono piastre da 24 pozzetti.

Il Direttore
Dr. Stefano Bilei



ALLA DIREZIONE
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: Verifica idoneità campionatura

Il laboratorista *LUZIA SCARAMIELLA*

DICHIARA

che il campione di prova dell'articolo¹ **Microtubo 0,2 ml in strip M μ LTI** con codice n° : 138790

fornito dall'Azienda: **BIOSIGMA** *(lotto 3)*

è risultato idoneo alle prove di laboratorio: **SI** **NO**

In caso di esito negativo, descrivere brevemente le prove eseguite ed i problemi/difetti riscontrati (ove possibile, allegare anche documentazione fotografica):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data *14/02/2018*

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

¹ Indicare il nome dell'articolo così come riportato in etichetta



ALLA DIREZIONE
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: Verifica idoneità campionatura

Il laboratorista LAURA DE SANTIS

DICHIARA

che il campione di prova dell'articolo¹ STRIP 4 TUBI 0,1 ML con codice n° : 840621
+ 4 TAPPI PER ROTORGENE

fornito dall'Azienda: BIOSIGMA S.R.L. LATO 3 CIG 724929537B

è risultato idoneo alle prove di laboratorio: SI NO
file VTEC 2018-02-14

In caso di esito negativo, descrivere brevemente le prove eseguite ed i problemi/difetti riscontrati (ove possibile, allegare anche documentazione fotografica):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data 14/2/2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

¹ Indicare il nome dell'articolo così come riportato in etichetta



ALLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: Verifica idoneità campionatura

Il laboratorista LUCIA SCARAMIELLA

DICHIARA

che il campione di prova dell'articolo¹ Strip da 8 tappi piatti ottici neutri con codice n° : 037990

fornito dall'Azienda: BIOSIGMA (lotto 3)

è risultato idoneo alle prove di laboratorio: SI NO

In caso di esito negativo, descrivere brevemente le prove eseguite ed i problemi/difetti riscontrati (ove possibile, allegare anche documentazione fotografica):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data 14/02/2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

[Signature]

¹ Indicare il nome dell'articolo così come riportato in etichetta



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

ALLA DIREZIONE
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: Verifica idoneità campionatura

Il laboratorista *LAURA DE SANTIS*

DICHIARA

che il campione di prova dell'articolo¹ **PIASTRA PCR 96 POZZETTI ULTRA PIATTA SENZA BORDO
DNASE RNASE FREE** con codice n° : 26190

fornito dall'Azienda: **BIOSIGMA** *(LOTTO 3)*

è risultato idoneo alle prove di laboratorio: **SI** **NO**
VEDI FILE PC MIC008/S VERE 02-03-2018

In caso di esito negativo, descrivere brevemente le prove eseguite ed i problemi/difetti riscontrati (ove possibile, allegare anche documentazione fotografica):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

[Firma]



ALLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: Verifica idoneità campionatura

Il laboratorista LAURA DE SANTIS

DICHIARA

che il campione di prova dell'articolo¹ Strip da 8 tappi piatti ottici neutri con codice n° : 037990

fornito dall'Azienda: B.O.S.G.14 LOTTO 3

è risultato idoneo alle prove di laboratorio: SI [X] NO []

In caso di esito negativo, descrivere brevemente le prove eseguite ed i problemi/difetti riscontrati (ove possibile, allegare anche documentazione fotografica):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

¹ Indicare il nome dell'articolo così come riportato in etichetta



ALLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: Verifica idoneità campionatura

Il laboratorista Lucia Scarfella

DICHIARA

che il campione di prova dell'articolo 1 PIASTRA PCR CON BASE 96 POZZETTI COLORE NATURALE DNASE RNASE FREE con codice n° : 02844

fornito dall'Azienda: BIOSIGMA (lotto 3)

è risultato idoneo alle prove di laboratorio: SI [X] NO []

In caso di esito negativo, descrivere brevemente le prove eseguite ed i problemi/difetti riscontrati (ove possibile, allegare anche documentazione fotografica):

[Empty dotted lines for description]

Data 15/02/18

IL DIRIGENTE RESPONSABILE [Signature]