



Direzione Acquisizione Beni e Servizi

CHIARIMENTO n. 4 DEL 20/04/2018

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI PRIMER E SONDE PER BIOLOGIA MOLECOLARE
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50**

In data 19/04/2018 è pervenuta la seguente richiesta di chiarimento:

In riferimento al lotto 2 e 3 della gara di cui all'oggetto e al Vs. protocollo di invito n. 2997/18, è stato identificato un fluoroforo (ALEXA® FLUOR 350) proprietario. Se si è impossibilitati ad offrire un'alternativa a questo prodotto, si può comunque partecipare oppure l'assenza di una molecola alternativa a ALEXA® FLUOR 350 è motivo di esclusione?

Si forniscono le seguenti risposte:

Per quanto attiene al lotto 2, la presenza del fluoroforo "ALEXA® FLUOR 350" non è strettamente necessaria.

Per il lotto 3 invece è un elemento necessario ed essenziale, la cui assenza determinerà motivo di esclusione.