

## VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

### PREMESSO

Che con ordine della U.O. n° ODA 3213477 del 12/10/16 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ha affidato alla Ditta CONVERGE SPA la fornitura delle apparecchiature:

N° invent.	Produtt. / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
<b>Accessori</b>				

da assegnarsi all' U.F. VARI presso la Struttura: VARIE

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 31/11/16 con bolla nr. 74482 ed alla successiva installazione;
- Che occorre accertare, ove necessario in contraddittorio con la ditta fornitrice, l'avvenuta consegna/installazione ed il regolare funzionamento della/e apparecchiatura/edi cui sopra;
- Che il presente collaudo rientra  non rientra  tra quelli da effettuare in contraddittorio con la ditta fornitrice;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 02/12 presso IZS- ROMA sono convenuti i signori:

\_\_\_\_\_ Consegnatario della/e apparecchiature di cui sopra;  
A. CALABRO' Referente dell'IZS per la parte Amm.va del collaudo;  
S. ANTONIUCI Incaricato dell' ATI;  
 \_\_\_\_\_ Incaricato della ditta fornitrice;

I componenti, dato atto che la ditta sopra menzionata ha fornito a questa Azienda USL la/e apparecchiatura/e richiamata/e in premessa, e che le medesime corrispondono a quelle descritte nell'ordine sopra specificato,

### **CERTIFICO CHE LE APPARECCHIATURE INDICATE IN PREMESSA:**

- 1) sono state regolarmente installate (vedi allegati);
- 2) sono regolarmente funzionanti;
- 2) sono rispondenti alle normative tecniche vigenti, per quanto rilevato dalla documentazione prodotta e dalle prove effettuate (vedi allegati);
- 3) hanno correttamente superato le prove e le misure strumentali di accettazione previste dalla Norma CEI 62.93 del Dicembre 1998 (vedi allegati);
- 5) sono corredate di tutti i manuali d'uso e dei manuali tecnici;
- 6) possiedono le caratteristiche funzionali prescritte dalle normative vigenti;
- 7) sono state inventariate con i numeri precedentemente indicati;

Certificano inoltre che la ditta fornitrice ha regolarmente soddisfatto tutti gli adempimenti previsti dal contratto di fornitura.

### **CERTIFICO CHE L'ESITO DEL COLLAUDO E' POSITIVO A SEGUITO**

Note DI INTERVENTO TECNICO DEL FORNITORE PER SOSTITUZIONE HD COME DA COMUNICAZIONE NE ALIENZA

Letto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato dell' ATI Schaefer  
 Il Consegnatario del bene \_\_\_\_\_  
 Il Referente Amm.vo dell' IZS Antonino Calabro'  
 Il Responsabile della ditta fornitrice \_\_\_\_\_

### In Allegato:

- Certificati Installazione ditta fornitrice
- Scheda di verifica e collaudo
- Attestato di formazione rilasciato al personale
- Altro