



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

**SEDE CENTRALE - 00178 Roma/Capannelle**- Via Appia Nuova, 1411  
Tel. (06) 79099.1 (centralino) - Fax (06) 79340724  
<http://www.izslt.it> - E-mail: [nfo@izslt.it](mailto:nfo@izslt.it)

**CHIARIMENTO N. 4** del 06/02/2017

**Procedura ex art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs 50/16 per l'individuazione del soggetto abilitato per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all'allegato VII del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (DM 11 aprile 2011) presente nella sede centrale e nelle sezioni dell'Istituto per anni 5**

**IMPORTO A BASE D'ASTA: € 5.000 IVA esclusa ó CIG 6954346BDB**

In riferimento alla procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16 per l'individuazione del soggetto abilitato per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all'allegato VII del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (DM 11 aprile 2011) presente nella sede centrale e nelle sezioni dell'Istituto per anni 5, è stato richiesto il seguente chiarimento:

*Si Se avesse la documentazione di denuncia di Messa di Servizio degli impianti, potrebbe fornirmi una copia?*

*In caso contrario, mi servono le informazioni sotto elencate:*

- Capacità recipiente
- Pressione
- Tipologia di Fluido
- E' un insieme?
- Documento CE"

**RISPOSTA ó** Le attrezzature da sottoporre a verifica sono attrezzature facenti parte di insiemi soggetti a verifica di messa in servizio. Relativamente alle informazioni richieste si fa riferimento esclusivamente a quanto espressamente indicato nel modulo di offerta economica, ossia **ATTREZZATURE DEL GRUPPO GVR - GAS, VAPORE, RISCALDAMENTO: A) RECIPIENTI GAS E VAPORE, GENERATORI DI VAPORE, TUBAZIONI - RECIPIENTI GAS E VAPORE D'ACQUA (LITRI X BAR)ó.**

Si allega elenco delle autoclavi in uso presso questo ente.

### REGISTRO DI CONTROLLO AUTOCLAVI

Marca Autoclave	N. Fab.	Anno Fab.	Omolog. Data	Pressione Pascal	Vol. Litri	T °C	Verifica triennali di funzionalità PS x V >300
<b>Steristeam</b>		<b>2003</b>	<b>NO</b>	<b>2,5</b>	<b>24</b>		<b>60</b>
Cisa	6051	1996	15/09/1998	3,5	160	148°C	560
Cisa	6391	1997	19/03/1999	3,5	160	/	560
<b>Cisa</b>	<b>SN17077</b>	<b>2008</b>	<b>NO</b>	<b>4</b>	<b>141</b>	<b>250</b>	<b>564</b>
De Lama	1938	1992	15/09/1998	2,45	151	138°C	402,5
De Lama	1979	1993	28/10/1998	2,5	151	138°C	377,5
Cisa	6389	1997	16/03/1999	3,5	160	148° C	560
De Lama	1846	1990	18/07/2007	2,45	151	138,2° C	377,5
Systemec	3643	2010	31/03/2011	4	129	140° C	516
Cisa	6395	1997	10/10/2014	3,5	160	148° C	560
Cisa	6393	1997	01/12/1998	3,5	160	148° C	560
Cisa	6392	1997	17/03/2000	3,5	160	148° C	560
Systemec	700012	2010	05/05/2016	4	120	140°C	0,25