



Direzione Acquisizione Beni e Servizi

CAPITOLATO TECNICO

Allegato 3

Trattativa Diretta (TD) MePA n 609184 - Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b) punto 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 1 amplificatore PCR Veriti 96-Well Thermal Cycler: CIG: 76274957FD

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Possibilità di svolgere contemporaneamente uno o più protocolli differenti di PCR (Polymerase Chain Reaction)
- Possibilità di impostare sei diverse temperature con un massimo di 5°C di differenza tra un blocco termico ed il successivo
- interfaccia grafica di facile utilizzo
- rapidità d'impostazione del protocollo di PCR
- possibilità di trasferire comodamente i protocolli con chiavetta USB.