



Allegato 3

CAPITOLATO TECNICO

**RDO MEPA n. 2098988 per l'affidamento della fornitura n. 1 centralina d'inclusione- CIG:
7669890175**

- Controllo e regolazione digitale tramite termostato elettronico che consenta la programmazione separata delle varie temperature di lavoro (tipo: serbatoio paraffina; superficie calda di lavoro; camera di pre-riscaldamento delle formelle).
- Di facile pulizia
- L'Unità dispensatrice dovrà avere Temperature di Esercizio da 50 °C a 75 °C, regolabile in incrementi di 1°C
- Serbatoio per paraffina di idonea capacità (almeno 3 lt.)
- Cassetto rimovibile
- Possibilità di regolazione del flusso della paraffina liquida
- L'Unità termica deve essere dotata di camera per il preriscaldamento delle formelle d'inclusione
- Il piano di lavoro deve comprendere almeno 6 porta-pinze riscaldate
- Presenza di sistema di raffreddamento rapido "punto freddo"
- Illuminazione adeguata con lente di ingrandimento

La società aggiudicatrice si impegnerà inoltre a fornire inoltre n° 50 formelle d'inclusione 30x24x5 mm e n° 50 formelle d'inclusione 37x24x5 mm (incluse nell'offerta).