



### Allegato 3

#### **CAPITOLATO TECNICO FORNO DA BANCO PER LABORATORIO CIG: 768417911D**

Specifiche tecniche e requisiti minimi forno da banco per laboratorio

L'attrezzatura dovrà possedere le seguenti specifiche tecniche, requisiti minimi ed accessori:

- Campo di temperatura: da 10° C sopra T.A. a 300°C;
- Temperature di utilizzo: 40±5° C – 103±5° C – 130±5° C – 180±5° C;
- Circolazione d'aria forzata regolabile fino all'esclusione;
- Controllo digitale della temperatura;
- Porta a chiusura ermetica;
- Rivestimento resistente a danni chimici;
- Dispositivo di spegnimento automatico temporizzato;
- Timer almeno da 1 a 23 h;
- Volume interno compreso tra 100L e 120L;
- Dimensioni esterne massime: mm 870 x 865 x 670 (H x W x D);
- Almeno due ripiani inclusi;
- Foro per inserimento sonde;
- Dispositivo di sicurezza di sovratemperatura.