

**LOTTO 2****CAPITOLATO TECNICO X FRIGORIFERO VERTICALE AD UN'ANTA CIECA (+ 4 °C) DA LABORATORIO (larghezza ridotta - L).**

1. Conformità alle norme di sicurezza europee ed italiane per le apparecchiature destinate ai laboratori
2. Dimensioni esterne massime in mm: A 2200 x P 850 x **L 690**.
3. Struttura esterna in lamiera di acciaio INOX
4. Ripiani interni a griglia: minimo 4 in acciaio inox.
5. Volume utile interno non inferiore a litri 500.
6. Intervallo di temperatura regolabile minimo da +2 °C a + 10°C
7. Isolamento in schiuma poliuretana espansa ad alta densità di spessore non inferiore a 60 mm o di altro materiale con equivalente prestazione isolante certificata.
8. Tensione (V) / Frequenza (Hz): 220 - 240 / 50
9. Display digitale a led per rilevamento temperatura impostata
10. Presenza di allarmi programmabili e remotizzabili, visivi e sonoro silenziabile per la segnalazione di: interruzione corrente, porta aperta, scostamenti di temperatura minima e massima rispetto ai valori impostati, low battery, guasto sonde per rilevamento temperature.
11. Presenza di batteria tampone per la visualizzazione della temperatura anche in assenza di alimentazione elettrica
12. Sbrinamento automatico
13. Porta ad un'anta cieca con chiusura automatica, apertura sportello reversibile e fermo porta a 90°
14. Chiusura della porta con serratura a chiave
15. Maniglia ergonomica che consente l'apertura della porta con poco sforzo
16. Sistema refrigerante a gas di tipo facilmente reperibile in commercio, CFC, HFC e HCFC free, eco compatibili, o con piastre evaporative
17. Ruote pivotanti con sistema di blocco
18. Rivestimento del vano interno in acciaio
19. Foro di accesso interno-esterno per passaggio cavi
20. Rumorosità: < 52 dBA
21. Consumo energetico: < 3,9 kW/24 h
22. Foro di accesso interno-esterno per passaggio cavi.
23. Supporto Assistenza Tecnica
24. Compressore da almeno 0,2 kw ed evaporatore esterno

**ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEL  
PUNTEGGIO TQUALITA'**

**FRIGORIFERO VERTICALE AD UN'ANTA CIECA (+ 4 °C) DA LABORATORIO (larghezza ridotta - L)**

<i><b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b></i>	<i>Punteggio</i>
1) RUMOROSITA' $\geq 49$ ma $< 52$	5
1) RUMOROSITA' $\geq 45$ ma $< 49$	15
1) RUMOROSITA' $< 45$	25
2) CONSUMO ENERGETICO (kWh/24h) $\geq 3.5$ ma $< 3.9$	5
2) CONSUMO ENERGETICO $\geq 2.0$ ma $< 3.5$	10
2) CONSUMO ENERGETICO $\geq 1.0$ ma $< 2.0$	15
2) CONSUMO ENERGETICO $< 1.0$	25
3) RIVESTIMENTO DEL VANO INTERNO IN ACCIAIO	0
3) RIVESTIMENTO DEL VANO INTERNO IN ACCIAIO INOX AISI 304	20
<i>Totale massimo punteggio ( 1 + 2 + 3)</i>	<b>70</b>