



ALLEGATO 12

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA "M. ALEANDRI"**

**CAPITOLATO TECNICO DI ACQUISTO PER LA FORNITURA DI N.1
THERMOSTATO**

Descrizione e caratteristiche tecniche minime:

- Campo di utilizzo: Microbiologia
- Tipologia: da bancone
- Capacità (litri): $> 75; \leq 110$
- Porte (ante): 1
- Porta interna in vetro
- Numero di ripiani: ≥ 2
- Camera interna in acciaio inossidabile
- Intervallo di temperature impostabili: da $\leq 30^{\circ}\text{C}$ a $+80^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,1$)
- Possibilità di visualizzazione ed impostazione della temperatura con risoluzione di $0,1^{\circ}\text{C}$
- Presenza di ventola sulla parete posteriore della camera
- Allarme per deviazione temperatura
- Display digitale
- Foro per inserimento sonde
- Alimentazione V230/Hz50