



A LLEGATO 2.13

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

**DIREZIONE OPERATIVA SIEROLOGIA**

**CAPITOLATO TECNICO DI ACQUISTO PER LA FORNITURA DI N.1  
FRIGOTERMOSTATO**

**Descrizione e caratteristiche tecniche minime:**

- Campo di utilizzo: Coltura antigene *Leishmania infantum*  
Temperatura obbligata utilizzo reagenti ELISA (LEB in particolare)  
Agglutinazione per Toxoplasmosi (t° di incubazione obbligata)
  
- Tipologia: da bancone
  
- Capacità (litri): > 75; ≤ 110
  
- Porte (ante): 1
  
- Porta interna in vetro
  
- Numero di ripiani: ≥ 2
  
- Camera interna in acciaio inossidabile
  
- Intervallo di temperature impostabili: da +10°C a + 60°C (± 0,1)
  
- Accuratezza della temperatura impostata < ± 0,5°C
  
- Possibilità di visualizzazione ed impostazione della temperatura con risoluzione di 0,1°C
  
- Presenza di ventola sulla parete posteriore della camera

Il responsabile DO Sierologia  
Gladia Macri

Roma 10/08/2017