



ALLEGATO 2.5

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA "M. ALEANDRI"**

**CAPITOLATO TECNICO DI ACQUISTO PER LA FORNITURA DI N.1
BAGNOMARIA**

Descrizione e caratteristiche tecniche minime:

- Campo di utilizzo: Riscaldamento campioni latte
- Volume interno utile (litri): ≥ 30 ; ≤ 45
- dimensioni minime interne cm. 25 x35
- Costituito da unità riscaldante e vasca in acciaio inox
- Presenza di coperchio a falde (opzionale)
- Presenza del foro di scarico per svuotamento della vasca (opzionale)
- Presenza di una pompa di flusso di circolazione dell'acqua

- Intervallo di temperature impostabili: da 5°C sopra temperatura ambiente a $\geq 95^{\circ}\text{C}$
- Accuratezza della temperatura impostata $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Possibilità di visualizzazione ed impostazione della temperatura con risoluzione di 0,1°C
- Sistema di protezione elettronico di sovratemperatura