


CAPITOLATO 7.1



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana - M. Aleandri

Sezione di Latina

Strade Congiunte Destre snc - 04100 - Latina

Tel. 0773/696.663 - Fax. 0773/668960

latina@izslt.it

**CAPITOLATO TECNICO PER L'ACQUISTO DI
N. 8 "AGITATORI VORTEX"**

Apparecchiatura per analisi di laboratorio.

Caratteristiche Tecniche di Base:

- Velocità (rpm): 0 – 3000;
- Modalità di funzionamento: manuale o continuo;
- Classe di Protezione: non inferiore a IP 21;
- Coppetta di agitazione (supporto standard per singola provetta 10-50 ml);
- Peso: non superiore a 4,5 Kg;
- Potenza (W): non inferiore a 8;
- Ampiezza movimento (mm): non inferiore a 3;