



CAPITOLATO 7.4

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana - M. Aleandri

Sezione di Latina

Strade Congiunte Destre snc - 04100 - Latina
Tel. 0773/696.663 - Fax. 0773/668960
atina@izslt.it

CAPITOLATO TECNICO PER L'ACQUISTO DI
**N.15 "AGITATORE MAGNETICO CON PIASTRA RISCALDANTE
DOTATO DI SONDA PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA
E ASTA DI SOSTEGNO PER SONDA"**

Caratteristiche Tecniche:

- Piastra riscaldante circolare o quadrata in alluminio o ceramica;
- Dimensioni piastra riscaldante: diametro minimo 155 mm se circolare;
- Dimensioni piastra riscaldante : minimo 160 x 160 mm se quadrata;
- Volume di agitazione non inferiore a 15 Litri;
- Temperatura d'uso minima: temperatura ambiente
- Temperatura d'uso massima: non inferiore a 120°C;
- Incremento di Temperatura: 1°C;
- Velocità di agitazione: fino a 1500 rpm;
- Peso: non superiore a 4 Kg;
- Potenza (W): non superiore a 700 W;
- Alimentazione (V): 230V;
- Sonda digitale per la rilevazione della temperatura con display LCD;
- Asta di sostegno per la sonda;