



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

Allegato 7.7

OGGETTO: Capitolato Tecnico per Aggitatore ad alta velocità per micropiastre

Caratteristiche Tecniche

- Requisiti tecnici:

1. Conformità alle norme di sicurezza, (dichiarazione di conformità alle norme CE/UE);
- 2 Raggiungimento di velocità superiori a 2000 rpm;
- 3 Possibilità di programmare sessioni con incrementi di velocità;
- 4 Possibilità di alloggiare almeno 4 micropiastre da 96 pozzetti;
5. Dimensioni non superiori a 35×35×40 (L×A×P in cm);
6. Fornitura aggiuntiva di tappetini e vassoio di ricambio

Garanzia:

Il periodo di garanzia dovrà essere di almeno 24 mesi