

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Num. 394/24

Del. 08/10/2024

Oggetto:

Avviso di consultazione preliminare di mercato riguardante la fornitura di n. 1 scanner per vetrini digitali Panoramic MIDI II - 3DHISTECH, nonché garanzia di anni 1 ed estensione di garanzia e manutenzione per ulteriori anni 4 - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 123.000,00 IVA esclusa

Proposta di deliberazione n.	430/24
Data Proposta di deliberazione	04/10/2024
Struttura	AMM_PRO UNITÀ OPERATIVA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
L'Estensore	DANGELO DAJANA
Il Responsabile del procedimento	PEZZOTTI SILVIA
Responsabile della Struttura	PEZZOTTI SILVIA

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: PEZZOTTI SILVIA
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: Avviso di consultazione preliminare di mercato riguardante la fornitura di n. 1 scanner per vetrini digitali Pannoramic MIDI II - 3DHISTECH, nonché garanzia di anni 1 ed estensione di garanzia e manutenzione per ulteriori anni 4 - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 123.000,00 IVA esclusa

PREMESSO

che la UOT Lazio Nord, sede di Rieti, nell'ambito del programma di interventi per l'allestimento del Laboratorio di Istopatologia Forense, intende acquisire uno scanner per vetrini istologici Pannoramic MIDI II- 3DHISTECH;

che il Dr. Alberto Maria Brozzi, Responsabile della UOT Lazio Nord, con nota prot. 6413/24, ha formulato una dichiarazione di infungibilità per l'acquisto di n. 1 scanner per vetrini digitali Pannoramic MIDI II - 3DHISTECH;

che la Direzione Aziendale ha approvato la richiesta;

PRESO ATTO

che lo scanner, tra gli strumenti a basso volume di lavoro, presenta caratteristiche uniche che lo rendono rispondente alle esigenze di ricerca dell'ente, quali:

- capacità di scansione rapida di 12 vetrini istologici in contemporanea in campo chiaro con tecnologia LED, ad alta risoluzione e con possibilità di ingrandimento ottico fino a 86x con obiettivo 40x;
- opzione di scansione in fluorescenza, senza necessità di acquistare un nuovo strumento;

che l'allestimento del laboratorio di Istopatologia permetterà un potenziamento, aggiornamento ed ampliamento delle attività di diagnostica;

che lo strumento richiesto dovrà garantire l'avviamento di una linea di attività inerente la patologia digitale e ricerca sull'applicazione dell'intelligenza artificiale alla diagnostica istopatologica su larga scala;

DATO ATTO

che l'importo presunto per la fornitura dello strumento è pari ad € 123.000,00 IVA esclusa;

che è stato richiesto alla Fondazione Varrone - Cassa di Risparmio di Rieti, di finanziare con un contributo economico pari ad € 61.700,00 IVA esclusa, l'acquisto dello strumento in oggetto, in quanto l'iniziativa rappresenta un'innovazione tecnologica rilevante e, come espressamente indicato nel modulo di richiesta presentato da questo Istituto alla Fondazione, “[...] *la realizzazione del progetto diverrebbe un elemento propedeutico essenziale per avviare una stretta e fruttuosa collaborazione con il servizio veterinario della ASL di Rieti, dando nuovo impulso alla collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni impegnate nella sanità[...]*”, ed inoltre “[...] *un intervento congiunto con la Fondazione Varrone renderebbe rapidamente efficiente e pienamente operative le attività programmate per la Sezione di Rieti[...]*”;

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

che per la restante parte saranno utilizzati fondi istituzionali;

CONSIDERATO

che l'UOC Tecnico-Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici ha dato parere favorevole all'acquisto sopra riportato;

RILEVATO

che, da una preliminare verifica effettuata sul portale CONSIP, non risultano convenzioni attive aventi ad oggetto la strumentazione oggetto della presente procedura;

che la suddetta acquisizione, per le caratteristiche di esclusività che individuano lo scanner per vetrini digitali oggetto della procedura, richiede una preliminare consultazione di mercato volta a reperire operatori interessati a partecipare alla procedura, che verrà pubblicata sul Portale Telematico dell'Istituto raggiungibile al seguente link: <http://portaleappalti.izslt.it>;

VISTO

Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

l'art. 2, comma 1, dell'Allegato II.1 del Decreto citato, che recita “L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara”;

l'art. 2, comma 2, del richiamato Allegato al Codice dei Contratti Pubblici che dispone espressamente: “[...] A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni [...]”;

CONSIDERATO

che nell'espletamento delle procedure devono essere garantiti i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza;

DATO ATTO

che l'Istituto è regolarmente iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti,

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PROPONE

1. di prendere atto della nota prot. 6413/24, a firma del Dr. Alberto Maria Brozzi, Responsabile della UOT Lazio Nord, sede di Rieti, con cui è stata dichiarata l'infungibilità di n. 1 scanner per vetrini digitali Pannoramic MIDI II - 3DHISTECH, che costituisce allegato alla presente deliberazione componendosi di n. 2 pagine;
2. di effettuare un'indagine di mercato volta a reperire operatori economici da invitare alla procedura di gara per fornitura di n. 1 scanner per vetrini digitali Pannoramic MIDI II - 3DHISTECH, nonché garanzia di anni 1 ed estensione di garanzia e manutenzione per ulteriori anni 4;
3. di approvare la documentazione relativa all'indagine di mercato che è detenuta agli atti di gara e che verrà pubblicata per un periodo identificabile in almeno 15 giorni sul Portale Telematico dell'Istituto, raggiungibile al seguente link: <http://portaleappalti.izslt.it>, al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici interessati;
4. di dare atto altresì che, in ordine alla presente procedura, verranno rispettati gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito istituzionale e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC;
5. di indicare la Dott.ssa Silvia Pezzotti Responsabile Unico del Progetto, non trovandosi la stessa in posizione di conflitto di interessi nello svolgimento della procedura di gara.

Il Responsabile
Dott.ssa Silvia Pezzotti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Stefano Palomba

Oggetto: Avviso di consultazione preliminare di mercato riguardante la fornitura di n. 1 scanner per vetrini digitali Pannoramic MIDI II - 3DHISTECH, nonché garanzia di anni 1 ed estensione di garanzia e manutenzione per ulteriori anni 4 - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 123.000,00 IVA esclusa

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Avviso di consultazione preliminare di mercato riguardante la fornitura di n. 1 scanner per vetrini digitali Pannoramic MIDI II - 3DHISTECH, nonché garanzia di anni 1 ed estensione di garanzia e manutenzione per ulteriori anni 4 - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 123.000,00 IVA esclusa”;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Avviso di consultazione preliminare di mercato riguardante la fornitura di n. 1 scanner per vetrini digitali Pannoramic MIDI II - 3DHISTECH, nonché garanzia di anni 1 ed estensione di garanzia e manutenzione per ulteriori anni 4 - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 123.000,00 IVA esclusa” sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di prendere atto della nota prot. 6413/24, a firma del Dr. Alberto Maria Brozzi, Responsabile della UOT Lazio Nord, sede di Rieti, con cui è stata dichiarata l'infungibilità di n. 1 scanner per vetrini digitali Pannoramic MIDI II - 3DHISTECH, che costituisce allegato alla presente deliberazione componendosi di n. 2 pagine;
2. di effettuare un'indagine di mercato volta a reperire operatori economici da invitare alla procedura di gara per fornitura di n. 1 scanner per vetrini digitali Pannoramic MIDI II - 3DHISTECH, nonché garanzia di anni 1 ed estensione di garanzia e manutenzione per ulteriori anni 4;
3. di approvare la documentazione relativa all'indagine di mercato che è detenuta agli atti di gara e che verrà pubblicata per un periodo identificabile in almeno 15 giorni sul Portale Telematico dell'Istituto, raggiungibile al seguente link: <http://portaleappalti.izslt.it>, al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici interessati;
4. di dare atto altresì che, in ordine alla presente procedura, verranno rispettati gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito istituzionale e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC;
5. di indicare la Dott.ssa Silvia Pezzotti Responsabile Unico del Progetto, non trovandosi la stessa in posizione di conflitto di interessi nello svolgimento della procedura di gara.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Stefano Palomba

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

UOT LAZIO NORD – sede di Rieti

Via Tancia, 21 – 02100 Rieti

Responsabile Dr. Alberto Maria Brozzi

Prot. u. 6613/24
del 25/09/2024

DIREZIONE SANITARIA

OGGETTO: Motivazione acquisto scanner per vetrini digitali Pannoramic MIDI II (3DHISTECH), rivenditore italiano Epredia Italy Srl

La struttura richiedente, all'interno del programma di interventi per l'allestimento del Laboratorio di Istopatologia Forense presso la UOT Lazio Nord - sede di Rieti, ha necessità di acquisire uno scanner per vetrini istologici Pannoramic MIDI II, fornitore Epredia Italy Srl, codice articolo M2BF3570-S.

Lo scanner, tra gli strumenti a basso volume di lavoro, presenta delle caratteristiche uniche che lo rendono rispondente alle esigenze di ricerca della scrivente struttura, quali:

- capacità di scansione rapida di 12 vetrini istologici in contemporanea in campo chiaro con tecnologia LED, ad alta risoluzione e con possibilità di ingrandimento ottico fino a 86x con obiettivo 40x;
- opzione di scansione in fluorescenza, per cui potrà essere accessorizzato in futuro senza dover acquistare un nuovo strumento.

Si elencano in seguito le altre specifiche tecniche della strumentazione in oggetto:

1. scansione in campo chiaro con tecnologia di acquisizione di immagini con fonte luminosa LED;
2. scansione automatizzata con opzioni di autofocus e identificazione automatica di tessuto e coprioggetto;
3. tecnologia di scansione a mosaico;
4. vassoio con capacità ≥ 10 vetrini in contemporanea;
5. formato vetrini standard 1"x3" (L 25-26 mm x A 75-76 mm x S 1mm);
6. supporto e dotazione di obiettivi 20x e 40x;
7. sensore fotocamera da 5 megapixel;
8. opzione di scansione multistrato (Z-Stack);
9. adattatore ottico per ingrandimento ottico maggiore di 70x con obiettivo 40x;
10. velocità massima di scansione in campo chiaro a 20x inferiore a 4 minuti per un'area 15x15mm;
11. dimensioni esterne dello strumento in cm inferiori a 90 (L) x 75(A) x 75 (P);
12. garanzia inclusa FULL RISK di almeno 12 mesi con possibilità di estensione(+ 4anni);
13. servizio di assistenza Tecnica;
14. dotazione di slide viewer con possibilità di importazione di vetrini in formato .tiff, svs e .ndp;
15. dotazione di un software per la gestione ed archiviazione delle immagini utilizzabile da almeno tre utenti in contemporanea;
16. operatività a temperatura ambientale compresa tra 10 e 35°C;
17. supporto hardware e software per successiva aggiunta di accessori per scansione in fluorescenza;

18. lo strumento deve essere dotato di marchio CE attestante la conformità e rispondenza della strumentazione alla normativa CE.

Si allegano la scheda tecnica e l'offerta proposta dal rivenditore italiano dello strumento.

Rieti, 17/09/2024

Alberto Mercuri